



Especificaciones

Descripción de producto

Este kit de prueba de cloro mide el cloro libre, total y combinado con tabletas de cloro DPD y el comparador Octa-Slide 2. El rango/sensibilidad es de 0.2 a 3.0 ppm de Cl.

Factor de prueba:

Cloro libre, total y combinado

Sistema de prueba:

Comparador Octa-Slide 2 de tableta DPD

Rango/sensibilidad:

0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0 ppm de Cl

Número de pruebas:

50

Número de reactivos:

2

Aceptado por la EPA para NPDWR.

Accesorios Recomendados:

Descripción del Artículo	Código de orden
Repuesto de reactivo del kit de prueba de cloro total, combinado y libre de DPD	R-3308-01