



Especificaciones

Descripción de producto

Este kit de prueba de cloro mide el cloro de alto rango usando tabletas DPD de cloro y el comparador Octa-Slide 2. El rango/sensibilidad es 1.0-10.0 ppm Cl.

Factor de prueba:	Cloro de alto rango
Sistema de prueba:	Comparador Octa-Slide 2 de tableta DPD
Rango/sensibilidad:	1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0 ppm de Cl
Número de pruebas:	50
Número de reactivos:	2

Accesorios Recomendados:

Descripción del Artículo	Código de orden
Repuesto de reactivo del kit de prueba de cloro de alto rango	R-3328-01