



Descripción de producto

Este kit de prueba mide la acidez mediante el parámetro de fenolftaleína. El rango/sensibilidad es 1 gota = 0.1 o 1.0% (como el ácido particular).

Especificaciones

Factor de prueba	Acidez
Sistema de prueba	Frasco gotero de HCl, H ₂ SO ₄ , H ₃ PO ₄
Rango/sensibilidad	1 gota = 0.1 o 1.0% (como el ácido particular)
Número de pruebas	50 al 10%
Número de reactivos	2

Accesorios Recomendados:

Descripción del Artículo	Código de orden
Repuesto de reactivo del kit de prueba de acidez	R-7182-01