

### Descripción de producto

- Con Certificado ISO 17025 (\*), garantizando mayor precisión
- Se suministran en cajas individuales
- Disponibles con Hoja de Seguridad según NCh 2245

Solución de calibración de pH 7.01@ 25°C respectivamente. Se suministran en botella de 500 mL (\*) con certificado de análisis emitido por un laboratorio acreditado según ISO 17025. Al ser emitido este certificado por una tercera parte, garantiza de manera más objetiva la calidad de nuestra solución, entregando confianza a los usuarios.

En cada botella se entrega la tabla de correlación entre pH y temperatura.

\*\* El valor 7.01 pH es el más usado; el valor 4.01 pH es utilizado para calibrar como segundo punto en el rango ácido y el valor 10.01 pH el rango básico o alcalino.

### Especificaciones

Código	Descripción	Envase
PC 007	Solución Buffer pH 7.01 c/certif. ISO 17025	Bot. 500 mL